

肩外転装具軟性 955N 取扱説明書

(製品名 : エアーバッグスコンパクトプラス)

警告 (この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります)

- ◆ 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合し、ご使用いただく装具です。
- ◆ 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、医療従事者の指導を受け、正しくご使用ください。
- ◆ 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士に相談してください。
- ◆ マジックテープ部が外れると装着位置がずれ、非常に危険です。しっかりと貼り付けてください。
- ◆ 使用期間及び使用状況によって、縫製部分などが破損する場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止してください。
- ◆ 本装具の加工、改造は絶対に行わないでください。
- ◆ ご本人以外のご使用はお止めください。

注意 (この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります)

- ◆ 装着前に必ず本体、ベルト等に異常がないか確認してください。
- ◆ 装着の際は、前後、上下、左右を確認し装着してください。
- ◆ ベルトは絶対に緩まないように装着してください。
- ◆ 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直してください。
- ◆ 常に乾燥させてご使用ください。
- ◆ 直射日光の当たる場所や、高湿になる場所に放置しないでください。

洗濯について

- ◆ 本体内部のエアー素材を取り出し、外側の生地のみを中性洗剤で手洗いしてください。
- ◆ よく水気を切り、陰干してください。脱水する際は洗濯用ネットをご使用ください。
- ◆ アイロン、漂白剤、乾燥機は使用しないでください。
- ◆ 洗濯後はエアー素材を必ず元と同じ位置に戻してください。

本体構造と名称(左肩受傷の場合)



装着方法（左肩受傷の場合）



・右肩に肩ベルトの幅の広い方が上になるように通します。



・肩の外転角度に注意しながら本体を左側のわきの下に置きます。



・前面で肩ベルトのバックル(受け)と本体ベルトのバックル(先)をはめます。



・本体ベルトに緩みがある場合は、前面のマジックを調整します。背面も同様に行います。



・上腕ベルト、前腕ベルトで上肢を固定します。



・最後に、体幹ベルトで本体をしっかりと固定してください。

義肢装具製作所様用

調整方法

- 各ベルトが長い場合は先端のマジックテープを外し、適切な長さにカットしてください。
※ベルトの切り過ぎには十分ご注意ください。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

中村ブレイス株式会社

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL (0854) 89-0231(代) FAX (0854) 89-0018

2021.4